چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... بخش /واحد مورد بازدید:.....

ردیف	آزمایشگاه	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
1	یونیفرم کارکنان تمیز، مناسب و کفش جلو بسته می باشد ؟			
2	کوتاه بودن ناخن،عدم استفاده ازلاک،ناخن مصنوعی و کاشت،عدم استفاده از زیورآلات توسط کلیه کارکنان رعایت می شود؟			
3	بهداشتی نمودن دستها به روش صحیح توسط کارکنان رعایت می شود ؟			
4	کارکنان نسبت به رعایت احتیاطات استاندارد آگاهی دارند؟			
5	وسایل حفاظت فردی لازم (متناسب با انواع ریسکی که آزمایشگاه با آن مواجه است، مثل استفاده از شیلد صورت در هنگام نمونه گیری و ماسک **N95** جهت نمونه های تنفسی) موجود بوده و توسط کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد؟			
6	کارکنان از روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلی در زمان تماس با ترشحات بالقوه عفونت زا بیمار آگاهی دارند؟			
7	کارکنان پرونده بهداشتی دارند،واکسیناسیون هپاتیت/دیفتری- کزاز تزریق نموده اند و از تیتر آنتی بادی خود اطلاع دارند؟			
8	کارکنان اصول تزریقات ایمن را رعایت می نمایند؟ (محیط تمیز، ضد عفونی محل تزریق، دفع صحیح وسایل نوک تیز، استفاده از وسایل یکبار مصرف، عدم استفاده ازپنبه الکلی آماده، عدم درپوش گذاری سر سوزن و ...)			
9	امکان دسترسی به محلول ضدعفونی کننده دست در زمان نمونه گیری و ... وجود دارد؟			
10	کلیه روشویی ها مجهز به صابون مایع، محلول ضدعفونی کننده دست، سطل پدال دار، حوله کاغذی می باشند؟			
11	دوش اضطراری در آزمایشگاه موجود است؟			
12	یخچال دارو و آزمایشات از مواد غذایی جدا می باشد و دمای یخچال روزانه ثبت می شود؟			
13	تمامی سطوح افقی، کف، تجهیزات مطابق دستورالعمل نظافت شده و تمیز هستند؟			
14	سطل های زباله سالم، درب دار، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله مقاوم در بخشها وجود دارد؟			
15	پسماندهای عادی و غیر آلوده از پسماندهای آزمایشگاهی آلوده درمبدا تولید، جدا می شود؟			
16	پسماندهای عفونی آزمایشگاهی مثل محیط های کشت میکروب، قبل از دفع، آلودگی زدایی (اتوکلاو) می شوند؟			
17	پسماندهای تیز و برنده مانند سرسوزن ،لام و لامل ، لوازم شیشه ای شکسته ، تیغ اسکالپل، نوک سمپلر و ... در ظروف ایمن (**Box Safety**) ریخته شده و قبل از دفع آلودگی زدایی (اتوکلاو)می گردد. . در صورت پرشدن آنها به اندازه **3/4** نسبت به جمع آوری آن اقدام می نمایند؟			
18	در صورت پرشدن سفتی باکس به اندازه **3/4** نسبت به جمع آوری آن اقدام می نمایند؟			
19	اتاق نگهداری وسایل تمیز وجود دارد و مجهز به سینک شستشوی دست می باشد؟			
20	اتاق نگهداری وسایل آلوده وجود دارد و مجهز به سینک شستشو و ضدعفونی وسایل، تخلیه ترشحات و نمونه ها و شستشوی دست می باشد و از تهویه مناسب برخوردار است؟			
21	محلول های شستشو و ضدعفونی ابزار و وسایل و روش استفاده از آن دراتاق نگهداری وسایل آلوده موجود می باشد؟			
22	تی شو خانه وجود دارد ،تمیز و از تهویه مناسب برخوردار است؟			
23	پنجره هایی که به فضای آزاد باز می شوند ، دارای توری هستند؟			
24	بخش میکروب شناسی دارای فضای فیزیکی جداگانه بوده و این فضا برای انجام کارهای فنی و قرار دادن تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی کافی می باشد؟			
25	شیر آب و سینک دستشویی در اتاق کار میکروب شناسی وجود دارد؟			
26	فضای کافی و جداگانه جهت ساخت محیط های کشت موجود می باشد؟			

چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... بخش /واحد مورد بازدید:.....

ردیف	آزمایشگاه	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
27	دستورالعمل روش های صحیح نمونه گیری، جمع آوری و انتقال ایمن نمونه های مختلف کلینیکی در آزمایشگاه وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در اختیار پرسنل بخشهای بیمارستانی نیز قرار گرفته است؟			
28	جهت انتقال نمونه ها محیط های ترانسپورت مناسب(ظروف مناسب درپیچ دار غیرقابل تراوش ترجیحا سه جداره) موجود می باشد؟			
29	نمونه ها به طور مناسب برچسب گذاری می شوند و مشخصات کامل بیمار و تاریخ و ساعت نمونه گیری روی آن ذکر می شود؟			
30	فرم پذیرش نمونه حاوی اطلاعات کامل(مشخصات بیمار، سابقه مصرف دارو و آنتی بیوتیک ،تشخیص احتمالی بیماری و ...) در آزمایشگاه وجود دارد و تکمیل می گردد؟			
31	نمونه ادرار حداکثر تا 2 ساعت پس از جمع اوری ، کشت داده می شود؟			
32	در صورت عدم انجام کشت ادرار بلافاصله بعد از جمع آوری، نمونه در یخچال حداکثر تا 24 ساعت نگهداری می شود؟			
33	نمونه هایcsf به سرعت و حداکثر ظرف مدت یک ساعت پس از نمونه گیری ، کشت داده و بررسی می شود؟			
34	د ر هر بار استفاده از اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیایی کلاس 6 برای پایش مستمر اتوکلاو یا فور استفاده می شود و نتایج آن ثبت می گردد؟			
35	اندیکاتورهای بیولوژیک متناسب با بار کاری اتوکلاو یا فور برای ارزیابی صحت عملکرد دستگاه و اعتباربخشی آن استفاده می شود و نتایج آن ثبت می گردد؟			
36	در بخش باکتری شناسی، هود ایمنی بیولوژیک وجود دارد و برای کار بر روی نمونه های خون ، مایعات بیولوژیک استریل بدن مانند CSF ، مایع پلور،نمونه های تنفسی... و استفاده می شود؟			
37	کارکرد هود ایمنی بیولوژیک کنترل گردیده، فیلترها طبق فواصل زمانی ذکر شده در دستورالعمل دستگاه، تعویض شده و سوابق آنها موجود است؟			
38	عفونت های مقاوم ناشی از باکتریهای (PDR, MDR , XDR) به پزشک معالج، سوپروایز و یا پزشک کنترل عفونت به عنوان نتیجه بحرانی و نیز به صورت دوره ای گزارش می شود؟			
39	در آزمایشگاه عفونت انتروکک های مقاوم به وانکومایسین (VRE)تشخیص و گزارش داده می شود؟			
40	در آزمایشگاه عفونت انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم ها (CRE)تشخیص و گزارش داده می شود؟			
41	در آزمایشگاه عفونت انتروباکتریاسه تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) تشخیص و گزارش داده می شود؟			
42	در آزمایشگاه عفونت استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین (MRSA)تشخیص و گزارش داده می شود؟			
43	در آزمایشگاه عفونت کلبسیلا پنومونیه تولید کننده کارباپنماز (KPC) تشخیص و گزارش داده می شود؟			
44	مشخصات دیسکهای آنتی بیوتیکی در هر سری ساخت یا خرید ثبت می شود؟			
45	دیسک های آنتی بیوتیکی در دمای مناسب نگهداری می شوند ؟ (دمای مناسب برای دیسک های ذخیره کمتر از 14و برای مصرف روزانه یخچال 8-2 درجه سانتیگراد می باشد)			
46	اطلاعات مربوط به نتایج آزمایش های تعیین حساسیت ضد میکروبی به طور یک جا نگهداری می شود؟ (استفاده از نرم افزار WHOnet)			
47	فعالیتهای میکروبیولوژی به صورت دوره ای با کنترل کیفی داخلی ارزشیابی شده و آزمایشگاه حداقل یکبار در سال کنترل کیفی خارجی می شود؟			