چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... **بخش/واحد مورد بازدید:.....**

ردیف	آندوسکوپی	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
1	پرسنلی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند از خطرات بیولوژیکی و شیمیایی ماده ضدعفونی کننده آگاه می‌باشند و رعایت می‌کنند؟			
2	وسایل حفاظت فردی در دسترس بوده و از وسایل به تناسب مورد و به طور صحیح استفاده می‌شود؟			
3	پرسنل از اقدامات حفاظت فردی لازم در مواقعی که مواد شیمیایی روی زمین می‌ریزد اطلاع دارند؟			
4	پیش شستشو، بلافاصله پس از اتمام آندوسکوپی در همان محل انجام می‌شود؟			
5	پس از انجام پیش شستشو آندوسکوپ در ظرف مخصوص به اتاق **reprocessing** منتقل می‌شود؟			
6	تست نشتی پس از هر بار استفاده بعد از شستشو و قبل از روند **reprocessing** انجام می‌شود؟			
7	تمامی اجزای جدا شدنی آندوسکوپ پیش از شستشو از هم جدا می‌شوند؟			
8	آندوسکوپ و تمامی اجزای آن به طور کامل در ماده شوینده غوطه‌ور می‌شوند؟			
9	تمامی کانال‌ها با برس با سایز متناسب برس زده می‌شود؟			
10	زمان غوطه وری در ماده ضدعفونی کننده سطح بالا طبق دستور شرکت سازنده رعایت می‌شود؟			
11	تجهیزات جانبی چندبار مصرف آندوسکوپی که سد مخاطی را نمی‌شکنند ضدعفونی سطح بالا می‌شوند؟			
12	پس از شست و شوی هر دستگاه سینک به وسیله یک شوینده خانگی تمیز می‌شود؟			
13	کیفیت فرایند پاکسازی ابزار و تجهیزات به صورت تصادفی با استفاده از تست‌های موجود و رایج پایش می‌گردد؟			
14	قبل از شروع فرایند آماده سازی آندوسکوپ از وسایل حفاظت فردی استفاده می‌شود ؟ (گان ضد آب با آستین بلند (که برای هر بیمار تعویض شود) دستکش ضخیم و بلندی که ساعد را بپوشاند عینک ایمنی برای پیشگیری از آسیب و آلودگی چشم و ماسک صورت مناسب برای کاهش تنفس بخارات محلول‌ها)			
15	در مرحله ضدعفونی دستی آندوسکوپ و تمام اجزای آن در ماده ضدعفونی کننده سطح بالا غوطه‌ور می‌شوند و ماده ضدعفونی کننده در کانال‌ها جریان می‌یابد؟			
16	پس از اتمام ضدعفونی آندوسکوپ به طور کامل آبکشی شده و تمام کانال‌ها با آب فلاش می‌شوند تا محلول ضدعفونی کننده پاک شود؟			
17	آندوسکوپ‌های **reprocess** شده در اتاق‌های تمیز با تهویه مناسب قرار دارند؟			
18	آندوسکوپ‌های **reprocess** شده به صورت عمودی آویزان می‌شود؟			
19	کابینت باید از جنس قابل شستشو بوده و حداقل یک بار در هفته شسته و ضدعفونی شود؟			
20	تاریخ مصرف و انقضای ماده ضدعفونی کننده روی ظرف‌ها ثبت شده است؟			
21	پایش کیفیت فرایند گندزدایی محلول‌های سطح بالا به صورت تصادفی در مقاطع زمانی مختلف با استفاده ازتست‌های سواپینگ رایج بر اساس فرمولاسیون محلول انجام می‌گردد؟			
22	اتاق نگهداری وسایل تمیز وجود دارد و مجهز به سینک شستشوی دست می‌باشد؟			
23	تهویه مناسب در اتاق **reprocessing** وجود دارد؟			

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه