# چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... بخش/واحد مورد بازدید:.....

| ردیف | احتیاطات استاندارد -ضدعفونی ابزار و تجهیزات | بله | خیر | غیرقابل ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیزات مورد استفاده در بخش تمیز و عاری از آلودگی قابل روئیت است؟ | | | |
| 2 | ترالی پانسمان ،ترالی و سینی دارو قبل و پس از استفاده تمیز و گندزدایی می شود؟ | | | |
| 3 | جهت گندزدایی ابزار و تجهیزات محلول مناسب و دستورالعمل نحوه استفاده از محلول در بخش موجود می باشد؟ | | | |
| 4 | مواد ضدعفونی در ظروف در بسته نگهداری می شود ،تاریخ تهیه، تاریخ انقضا، نام محلول، نام فرد آماده کننده محلول بر روی درب ظروف غوطه وری ثبت میشود؟ | | | |
| 5 | قبل از استفاده از محلول سطح بالا تست سواپینگ انجام می شود؟(حداقل 3 بار در هرماه مستند شود) | | | |
| 6 | دفتر ثبت تست سواپینگ در بخش موجود می باشد؟ | | | |
| 7 | ترمومتر اختصاصی بیمار بعد ازاستفاده با الکل ضدعفونی وسپس خشک می شود؟ | | | |
| 8 | پرستار بخش از نحوه صحیح شستشو و ضد عفونی لارنگوسکوپ آگاهی دارد؟ | | | |
| 9 | کمک پرستار و خدمات بخش ، شستشو و ضد عفونی لارنگوسکوپ را به نحو صحیح انجام می دهند؟ | | | |
| 10 | تیغه لارنگوسکوپ پس از استفاده با آب و دترجنت شستشو و سپس با یک محلول سطح بالا گندزدایی می شود؟ | | | |
| 11 | دسته و تیغه های لارنگوسکوپ جدا نگهداری شده وتاریخ انجام ضد عفونی و فرد ضد عفونی کننده بر روی باکس لارنگوسکوپ ثبت می شود؟ | | | |
| 12 | پرستار بخش از نحوه ی ضد عفونی آمبوبگ آگاه است؟ | | | |
| 13 | کمک پرستار و خدمات بخش ، شستشو و ضدعفونی آمبوبگ را به نحو صحیح انجام می دهند؟ | | | |
| 14 | آمبوبگ بعد از استفاده به روش صحیح شستشو و گندزدایی با محلول سطح بالا انجام می شود؟ | | | |
| 15 | آمبوبگ بعد از استفاده در باکس مخصوص که قابلیت ضد عفونی دارد نگهداری می شود؟ | | | |
| 16 | مخزن فلومتر اکسیژن در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شود؟ | | | |
| 17 | در مخزن فلومتر اکسیژن از آب مقطر استفاده می شود؟ | | | |
| 18 | مخزن فلومتر اکسیژن موقع استفاده به صورت روزانه شستشو داده می شود و با محلول سطح متوسط ضد عفونی می گردد. تاریخ شستشو ثبت می گردد؟ | | | |
| 19 | جهت خالی کردن ساکشن از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود؟ | | | |
| 20 | مخزن ساکشن بعد از استفاده با آب و دترجنت شستشو و گندزدایی می شود؟ | | | |
| 21 | مخزن ساکشن در مواقعی که استفاده نمی شود خشک و تمیز است؟ | | | |
| 22 | مخزن ساکشن با محلول گندزدای سطح متوسط ضد عفونی می شود؟ | | | |
| 23 | از کاتتر ساکشن جداگانه برای ساکشن ترشحات دهان و تراشه استفاده می شود؟ | | | |
| 24 | مخزن دستگاه بخور در صورت عدم استفاده شستشو داده می شود و خشک نگهداری می شود؟ | | | |
| 25 | مانیتور و پدال های دفیبریلاتور بعد از استفاده ضد عفونی می شود؟ | | | |
| 26 | نظافت و گندزدایی صحیح لوله و لگن ادراری به نحو صحیح انجام می شود؟ | | | |
| 27 | جایگاه نگهداری لوله و لگن ادراری در سرویس بهداشتی وجود دارد؟ | | | |