چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... بخش/واحد مورد بازدید:.....

ردیف	واحد استریلیزاسیون	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
1	دیوارها تا سقف از جنس کاشی یا سنگ و کف از جنس قابل شستشو و بدون درز است؟			
2	سطوح عاری از گرد و غبار می باشد؟			
3	پنجره های بخش از نوع دوجداره و غیر قابل بازشدن است؟			
4	تی شوی در بخش در فضای کثیف وسایر مکانها به تفکیک موجود است . تهویه مناسب داشته ، دارای حوضچه شستشوی مناسب است؟			
5	حداقل گردش هوا 6 تا 10 بار می باشد؟			
6	تفکیک کامل فضاهای فیزیکی قسمت های کثیف ، تمیز و استریل با رعایت توالی انجام می شود؟			
7	نشانه گذاری فضاهای فیزیکی قسمت های کثیف، تمیز و استریل، با رعایت توالی انجام می شود؟			
8	چیدمان و استفاده از وسایل مورد استفاده در هر یک از سه فضای کثیف، تمیز و استریل، منحصراً در همان قسمت است؟			
9	رعایت مسیر عبور یکطرفه براساس نشانه گذاریها و توالی انجام در فضاهای فیزیکی قسمت های کثیف، تمیز و استریل توسط کارکنان انجام می شود؟			
10	درب ورودی وسایل غیر استریل و درب خروج وسایل استریل به طور مجزا وجود دارد؟			
11	جانمایی اتوکلاو بین دو فضای تمیز و استریل به نحویست که اقلام استریل شده،از سمت فضای استریل خارج می شود؟			
12	مکان استقرار اتوکلاوها از سایر فعالیتهای بخش مستقل می باشد؟			
14	در محل نگهداری وسایل استریل رفت و آمد محدود است؟			
15	محل نگهداری وسایل استریل مناسب است؟(عدم مجاورت با منبع آب یا نزدیک پنجره و درب یا نزدیک لوله های روکار و یا نزدیک منافذ)			
16	قفسه های وسایل فاصله مناسب از دیوار و سقف را دارند؟(20سانتی متر از زمین 5 سانتی متر از دیوار، 45 سانتی متر از سقف)			
17	در هنگام پگ کردن وسایل نیز از وسایل محافظتی استفاده می شود؟			
18	در قسمت وسایل استریل از کلاه، گان، ماسک روکفشی یا کفش مخصوص CSR استفاده می شود؟			
19	در صورتیکه دست پرسنل دارای زخم یا ترشح باشد از دستکش استفاده می شود؟			
20	پرسنلCSR واکسینه شده و تیتر آنتی بادی هپاتیت B از آنان به عمل آمده است؟			
21	پرسنل از چگونگی و صحت عملکرد دستگاههای استریل کننده آگاهی دارند؟			
22	پرسنل بخش استریلیزاسیون مرکزی از نحوه انجام آزمون اسپور برای استریل کننده ها آگاهی دارند؟			
23	پرسنل بخش استریلیزاسیون مرکزی از زمان و نحوه انجام صحیح آزمون بووی– دیک آگاهی دارند؟			
24	کارکنان استریلیزاسیون درخصوص کاربرد شاخص شیمیایی کلاس 4 و 6 در هر بسته یا پک استریل آگاهی دارند؟			
25	پرسنل از فرایند مواجهه شغلی آگاه هستند؟			
26	وسایل حفاظت فردی به تعداد کافی در دسترس پرسنل قرار دارد و پرسنل از نحوه استفاده صحیح از آن اطلاع دارند؟			
27	سیستم پرفشارآب وهوادر اتاق کثیف موجود است؟			
28	تمامی وسایل و ابزارها و ستها از نظر وجود احتمالی ابزار تیز و برنده مثل سوزن و بیستوری بازبینی می شوند؟			
29	پاکسازی، گندزدایی، خشک نمودن ابزار قبل از استریلیزاسیون انجام می گیرد؟			

چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بیمارستان:.....

تاریخ بازدید:..... **بخش/واحد مورد بازدید:.....**

ردیف	واحد استریلیزاسیون	بله	خیر	غیرقابل ارزیابی
30	از پارچه های سالم و بدون پارگی و تمیز جهت پکینگ استفاده می شود کاغذ گرافت و پارچه های مستهلک به عنوان ابزار بسته بندی اقلام استریل استفاده نمی شود؟			
31	در صورت استفاده از محلول استریل کننده ، تاریخ آماده سازی و تاریخ انقضای مصرف محلول و زمان لازم جهت استریلیزاسیون ضدعفونی کننده بر روی ظرف حاوی آن ثبت شده است؟			
32	فضایی با تهویه مناسب و شرایط ایمن جهت آماده سازی محلول وجود دارد؟			
33	قانون مربوط به نگهداری ست ها (First out-First in)رعایت می گردد؟ (ستهای جدید عقب تر از ستهای قدیمی)			
34	برچسب هر بسته استریل دارای تاریخ استریل است؟			
35	برچسب هر بسته استریل دارای تاریخ انقضاء استریل و محتوای بسته، ست یا وسیله است؟			
36	ابعاد بسته ها مناسب (حداکثر 30×30×50) و وزن حداکثر5/5 الی6 کیلو گرم و نوع بسته بندی آنها خیلی فشرده نیست؟			
37	در چیدن بسته ها در دستگاه اتوکلاو و پگ ها از طرف ضلع باریک در CSR جای داده می شوند؟			
38	از پر کردن زیاد داخل هر دستگاه خودداری می شود تا بخار به راحتی از لابلای بسته ها عبور کند؟			
39	آزمون اسپور به صورت هفتگی برای استریل کننده ها انجام می شود؟			
40	آزمون اسپور در زمان راه اندازی دستگاه استریل کننده و پس از هر بار تعمیر کلی انجام می شود؟			
41	آزمون بووی– دیک، روزانه قبل از شروع کار دستگاه انجام می شود؟			
42	آزمون اسپور در هر بار جای گذاری اسباب و تجهیزات حاوی ایمپلنت در دستگاههای استریل کننده، انجام می شود؟			
43	شاخص های شیمیایی کلاس 4 در هر بسته یا پک استریل که کمتر از 12 قلم می باشد استفاده می شوند؟			
44	شاخص های شیمیایی کلاس 6 در هر بسته یا پک استریل که بیشتر از 12 قلم می باشد استفاده می شوند؟			
45	هرگونه جابجایی وسایل استریل شده با استفاده ازجعبه های دربسته، ترالی های کمددار،کانتینرهای درب دار انجام می شود؟			
46	محل نگهداری وسایل استریل مناسب است؟(دور از رفت و آمد و گرد و غبار وعدم مجاورت با منبع آب، پنجره، درب،لوله های روکارومنافذ)			
47	نگهداری و انبارداری تمام وسایل استریل شده به صورت جداگانه و مستقل از سایر تجهیزات و وسایل، در سطحی بالاتر از سطح زمین می باشد؟			
48	قفسه ها از جنس قابل شستشو ، دارای سطوح صاف بوده و متخلخل نیستند؟			
49	دمای انبار استریل بیشتر از 24 درجه سانتی گراد نیست.و رطوبت بین 30 الی 40 درصد حفظ می شود؟			
50	فشار سنج ، حرارت سنج و تایمر دستگاه اتوکلاو قابل اطمینان و کالیبره می باشند؟			
51	لوله کشی آب و بخار، آب بندی و بدون نشت است؟			
52	هر دستگاه اتو کلاو دارای کارت شناسایی است که به طور منظم و دوره ای توسط فرد آشنا به تجهیزات اتو کلاو پر شود و علت خرابی دستگاه یا صحت کارکرد دستگاه را ذکر کند؟			
53	پس از اتمام سیکل استریلیزاسیون و باز کردن درب دستگاه قبل از دست زدن به پگها و ستها 15-10 دقیقه به وسایل زمان داده می شود تا خشک گردند؟			